




ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА



Относно: Искане за представяне на разяснения по обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка на real-time PCR апарат за нуждите на НРЛ „КЧС, АЧС и Каприпоксвируси“ към НДНИВМИ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило в Българска агенция по безопасност на храните писмо вх. № 15579/29.10.2018 г. от потенциален участник с искане за предоставяне на разяснения по горе цитираната обществена поръчка, даваме следните разяснения на заинтересованите участници:

Въпрос: „Съгласно техническата спецификация /Приложение № 2/ към документацията за участие, Възложителят е посочил, че предмета на поръчката е „Доставка на real-time PCR апарат за нуждите на НРЛ „КЧС, АЧС и Каприпоксвируси“ към НДНИВМИ за диагностични цели. Моля Възложителят да уточни с какъв документ от производителя се доказва предназначението на апарата за диагностични цели?“

Отговор: Не е необходим документ от производителя, доказващ предназначението на апарата за диагностични цели. Същото се доказва с доказателства за наличие на техническите параметри, посочени в техническата спецификация.

С уважение,
Д-Р ДАМЯН ИЛКЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

