

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 - ЛАБОРАТОРНА СЪТЪКЛАРИЯ

№ по ред	Наименование	Изисквания за качество	Марка	Количество
1	Пипети	10 мл, тип "Резила" деления 0,1мл без уширение под буталото	бр	30
2	Пипети	5 мл, тип "Резила" деления 0,05 мл без уширение под буталото	бр	20
3	Пипети	2 мл, тип "Резила" деления 0,02 мл без уширение под буталото	бр	10
4	Пипети	2 мл, тип "Резила" деления 0,01 мл без уширение под буталото	бр	10
5	Мерителна колба 3 ml ± 0,025 с шлиф и стъклена запушалка (тъмно стъкло) NS 07/16;	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN/ Клас А	бр	50
6	Мерителна колба 3 ml ± 0,025 с шлиф и стъклена запушалка (светло стъкло) NS 07/16;	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN/ Клас А	бр	50
7	Мерителна колба 4 ml ± 0,025 с шлиф и стъклена запушалка (светло стъкло) NS 07/16;	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN/ Клас А	бр	20
8	Мерителна колба 5 ml ± 0,025 с шлиф и стъклена запушалка (светло стъкло) NS 07/16;	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN/ Клас А	бр	10
9	Мерителна колба 5 ml ± 0,025 с шлиф и стъклена запушалка (тъмно стъкло) NS 07/16;	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN/ Клас А	бр	30
10	Мерителна колба 10 ml ± 0,025 с шлиф и стъклена запушалка (светло стъкло) NS 10/19;	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN/ Клас А	бр	30
11	Мерителна колба 10 ml ± 0,025 с шлиф и стъклена запушалка (тъмно стъкло) NS 10/19;	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN/ Клас А	бр	2
12	Мерителна колба 20 ml ± 0,040 с шлиф и стъклена запушалка (тъмно стъкло) NS 10/19;	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN/ Клас А	бр	3
13	Мерителна колба 25 ml ± 0,040 с шлиф и стъклена запушалка (светло стъкло) NS 10/19;	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN/ Клас А	бр	10
14	Мерителна колба 25 ml ± 0,040 с шлиф и стъклена запушалка (тъмно стъкло) NS 10/19;	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN/ Клас А	бр	10
15	Мерителна колба 50 ml ± 0,060 с шлиф и стъклена запушалка (тъмно стъкло) NS 10/19;	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN/ Клас А	бр	6
16	Мерителна колба 50 ml ± 0,060 с шлиф и стъклена запушалка (светло стъкло) NS 10/19;	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN/ Клас А	бр	60
17	Мерителна колба 100 ml ± 0,060 с шлиф и стъклена запушалка (светло стъкло) NS 12/21;	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN/ Клас А	бр	5
18	Мерителна колба 250 ml ± 0,300 ml с шлиф и стъклена запушалка (светло стъкло) NS 14/23;	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN/ Клас А	бр	30
19	Мерителна колба 500 ml ± 0,500 ml с шлиф и стъклена запушалка (светло стъкло) NS 19/26;	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN/ Клас А	бр	5
20	Мерителна колба 1000 ml ± 0,800 ml с шлиф и стъклена запушалка (светло стъкло) NS 24/29;	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN/ Клас А	бр	5
21	Мерителен цилиндър 50 ml ± 0,5 ml;	ISO/DIN/ Клас А	бр	4
22	Мерителен цилиндър 100 ml ± 0,5 ml;	ISO/DIN/ Клас А	бр	5
23	Съгледени епруветки	Конусовидни, градуирани 10мл, дължина 120мм; диаметър 15мм	бр	10
24	Съгледени епруветки	15мл, дължина 120мм; диаметър 15мм със запушалка и шлифт	бр	12
25	Епруветки съгледени	20 мл, градуирани, с шлифт и капачка, Боро 3.3 стъкло, Ø18	бр	17

26	Епруветка стъклена за дериватизация	Със заоблено или конично дъно с шлифт 7/10мм и стъклена	бр	2
27	Стъклени пръчки /бъркалки/	Ø 7 mm, дължина 20см	бр	2
28	Йодна колба	с шлифт 30/30 и запушалки, 300 мл	бр	2
29	Кристализатор	Нисък профил, с човка, Ø 190 mm	бр	6
30	Стъклени шишета с капачки на винтове и тефлонови уплътнения	Устойчиви на органични разтворители, тъмно стъкло.	оп x 10 бр	4
31	Чаши бехерови 25 ml, d ≈ 35 mm, h ≈ 50 mm	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN	бр	4
32	Чаши бехерови 50 ml, h ≈ 60 mm, d ≈ 40 mm	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN	бр	20
33	Чаши бехерови 100 ml h ≈ 70 mm, d ≈ 50 mm	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN	бр	10
34	Чаши бехерови 250 ml, h ≈ 95 mm, d ≈ 70 mm	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN	бр	10
35	Чаши бехерови 400 ml h ≈ 110 mm/ d ≈ 80 mm	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN	бр	10
36	Чаши бехерови 600 ml h ≈ 125 mm/ d ≈ 90 mm	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN	бр	20
37	Чаши бехерови 800 ml, h ≈ 135 mm, d ≈ 100 mm	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN	бр	11
38	Чаши бехерови 1000 ml, h ≈ 145 mm, d ≈ 105 mm	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN	бр	5
39	Петриеви блюда стъклени d=100 mm	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN	бр	21
40	Петриеви блюда стъклени d=150 mm	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN	бр	150
41	Кварцови кювети	Път на светлината 10 mm; обем 3,5 ml	бр	20
42	Епруветки-стъклени, неградуирани; размер 18/180 mm, обем 35 ml, дебелина 1,5 mm	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN	бр	100
43	Стъклена фуния d=80 mm / дълж. до 140 mm	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN	бр	29
44	Стъклена фуния d=120 mm/ дълж. до 210 mm	Боросиликатно стъкло / ISO/DIN	бр	2
45	Стъклени пръчки	Ø 3 mm, плътни (дължина 15 cm)	бр	50
46	Стъклени пръчки	Ø 5 mm, плътни (дължина 20 cm)	бр	100

Задължителни изисквания при доставката:

Всяка доставка да е съпроводена с оригинален сертификат или спецификация за качество на стоките, издаден от производителя или от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките с техническите спецификации, стандарти и изисквания. Оригинален индивидуален сертификат за клас на точност А (за подпозиции от 1 до 22 вкл.)

ИЗГОТВИЛ:

ЕКА А

ИВАЙЛА ПЪРВИНА, ОТГ. "ОХР"

ОДОБРИЛ:

ЕКА А

Д-Р ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА, ДИРЕКТОР НА ЦЛВСЕЕ