

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 - РЕЗЕРВНИ КОНСУМАТИВИ ЗА НАЛИЧНИ АПАРАТИ ЗА ХРОМАТОГРАФИЯ И ЗА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ, СЪВМЕСТИМИ С КАЧЕСТВОТО И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА АПАРАТИТЕ "АДЖИЛЕНТ ТЕХНОЛОДЖИС" (AGILENT TECHNOLOGIES) ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО

№ по ред	Наименование	Изисквания за качество	Мярка	Количество
1	Предколони	За система Станд Алон Система, тип Зорбаке Еклипе XDB C18, 5µм 4,6x12,5мм за работно налягане до 400 бара; или еквивалент	оп x 4 бр	1
2	Виаи	Обем 2мл; 12x32 мм; кехлибарен цвят, широко отворени винтове с място за писане, за система Аджилент 1100	оп x 1000 бр	6
3	Виаи	Обем 2мл; 12x32 мм; светли, широко отворени винтове с място за писане, за система Аджилент 1100	оп x 1000 бр	6
4	Втулка за виаи (инсърт)	инсърт 250мкл обем, гъвкав крайник	Оп x 100 бр	200
5	Аналитична колона	Зорбаке Еклипе XDB C18, 5µм, 150*4.6мм работно налягане до 400 бара; за работа в рН интервал 2+9, с размер на порите 80Å, 10% въглеродно покритие, работа при температура до 600С, и висока скорост; или еквивалент	бр	1
6	Аналитична колона	Зорбаке Еклипе XDB C18, 250*3.0мм 5µм, работа при температура до 600С и висока скорост; или еквивалент	бр	1
7	Игла за Аутосемплер	За система Аджилент 1100; тип G1313-87201 или еквивалент	бр	2
8	Седло за игла	За система Аджилент 1100; тип G1313-87101 или еквивалент	бр	1
9	Колона за течна хроматография	Зорбаке Еклипе Плюс C18 2,1 x 150 мм, 5 µм	бр	2
10	Капилярна хроматографска колона	MS Low Bleed за GC, VF-5 MS 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm MS Low Bleed за GC, VF-5 MS 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm	бр	2
11	Виаи	2мл, 12 x 32мм, черни капачки и PTFE бели септи	оп/100бр	8
12	Външни филтри за кислород	Съвместими с GC/MS/MS Varian ion trap	бр	1
13	Комплекти за дисперсивна твърдофазна екстракция за проби с високо мастно съдържание	QuEChERS-EMR или еквивалентно	оп/50бр	5
14	Комплект соли за проби с високо мастно съдържание	QuEChERS-EMR или еквивалентно	оп/50бр	5
15	Капилярна хроматографска колона за газова хроматография	DB-1701, DF = 0.25UM, 30 м x 0,25 мм	бр	1

Задължителни изисквания при доставката:

Всяка доставка да е съпроводена с оригинален сертификат или спецификация за качество на стоките, издаден от производителя или от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките с техническите спецификации, стандарти и изисквания.

ИЗГОТВИЛ:

ИВАЙЛА ПЪРВИНА, ОТГ. "ОХР"

ОДОБИЛ:

Д-Р ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА, ДИРЕКТОР НА ЦЛВСЕЕ

ИВАЙЛА ПЪРВИНА