



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Българска агенция по безопасност на храните

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

Изх. № 695/03.12.2018 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Искания за разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на лабораторни консумативи и химикали за изпълнение от ЦЛВСЕЕ на Националните мониторингови програми за контрол на остатъци (НМПКО, НПКОП, РПКФ)“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.33, ал.2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), във връзка с постъпило в ЦЛВСЕЕ запитване по реда на чл.33, ал.1 от ЗОП, с вх.№ 695/30.11.2018 г., Ви предоставям следните разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на лабораторни консумативи и химикали за изпълнение от ЦЛВСЕЕ на Националните мониторингови програми за контрол на остатъци (НМПКО, НПКОП, РПКФ)“, включваща 16 обособени позиции, открита с решение № 210/05.11.208 г. на Директора на ЦЛВСЕЕ, уникален номер в Регистъра за обществени поръчки № 05317-2018-0001:

Въпрос № 1 По Обособена позиция № 6 Резервни консумативи за налични апарати за хроматография и за спектрофотометрия, съвместими с качеството и техническите изисквания на производителя на апаратите „Вариан“ (Varian) или еквивалентно.

Въпрос: „Във връзка с подпозиция 11“Модул за определяне на живак към микровълнова система за пробоподготовка“ на обособена позиция № 6 – Моля дайте по подробно описание и технически характеристики и/или оригинален каталожен номер на модула, с цел коректно офериране.“

Отговор на въпрос № 1

Наличната микровълнова система за разлагане, с която лабораторията разполага е модел „Марс 6“, като е необходимо по обособена позиция № 6, подпозиция 11 да се оферира модул за определяне на живак, съвместим с тази система за разлагане, включващ двулъчева оптика с източник безелектродна лампа 253.65 nm и кварцова кювета 230 nm, амалгамиране върху златна повърхност и нагряване до 98°C за автоматично измерване на 40 твърди проби.

Въпрос № 2 По Обособена позиция № 6 Резервни консумативи за налични апарати за хроматография и за спектрофотометрия, съвместими с качеството и техническите изисквания на производителя на апаратите „Вариан“ (Varian) или еквивалентно.

Въпрос: „Във връзка с подпозиция 12 „Модул за пробоподготовка“ на обособена позиция № 6, Моля дайте по подробно описание и технически характеристики и/или оригинален каталожен номер на модула, с цел коректно офериране.“

Отговор на въпрос № 2

ЦЛВСЕЕ разполага със съдове за пробоподготовка Марс Експрес, като е необходимо по обособена позиция № 6, подпозиция 12 да се оферира модул, съвместим с тези съдове, включващ камера с двоен магнетрон с мощност 1800 вата, с вграден дисплей и двоен температурен контрол на нагряване.

С уважение,
Д-р Димитринка Господинова,
ДИРЕКТОР ЦЛВСЕЕ

