

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
КЪМ ИНВИТРО ДИАГНОСТИЧНО ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО
СРЕДСТВО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ГЕНОМ НА ВИРУСА НА АФРИКАНСКА
ЧУМА ПО СВИНЕТЕ ЧРЕЗ PCR**

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставка на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство - набор от китове за диагностика на Африканска чума по свинете чрез метода на полимеразно-верижна реакция (PCR) в реално време

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВИТРО ДИАГНОСТИКУМА :

2.1. да има лиценз за употреба или сертификат за регистрация по реда на ЗВД на китовете по т.2.5;

2.2. да открива нуклеиновата киселина на вируса на Африканска чума по свинете в органични суспензии и кръвни проби;

2.3. диагностичната ефикасност (чувствителност и специфичност) да бъде минимум 99%;

2.4. етикетите и упътването за употреба да са на български език;

2.5. наборът от китове да бъде приложим за универсални PCR апарати в реално време и да включва:

2.5.1. Кит за екстракция на ДНК на вируса на Африканска чума по свинете;

2.5.2. Кит за амплификация и флуоресцентна детекция на ДНК на вируса на Африканска чума по свинете с включени специфични праймери и сонда за детекция на вируса, положителна контрола, отрицателна контрола, както и праймери и сонда за детекция на вътрешна контрола.

3. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВИТРО ДИАГНОСТИКУМА:

3.1. списък на марките и моделите PCR машини в реално време, за които китовете са приложими;

3.2. чувствителност;

3.3. специфичност

3.4. срок на годност;

3.5. времетраене и трудоемкост при изпълнение.

4. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ДОСТАВКА :

4.1. в НДНИВМИ гр. София, бул. «Ломско шосе» № 190, съгласно подписан договор между доставчик и БАБХ;

4.2. партидата да е със срок на годност минимум 10 месеца от датата на доставка;

4.3. доставката на партидата от диагностикума да се извърши след писмена заявка от Възложителя в срокове, определени в договора със спечелилия кандидат;

4.4. партидата от инвитро диагностикума да е придружена с аналитичен сертификат за качество, издаден от производителя за съответната партида, съгласно чл.410 з, ал.4 от ЗВД.

5. КОЛИЧЕСТВО : 92 880 дози/ 3x 30 960/

Изготвил:

/доц.д-р Е. Иванов/

21.36/3/

307

Съгласувал:

/проф. Н. Желязков/

21.36a, ал.3

от 307